



**Liste temporaire de l'OMS des dispositifs médicaux pour les soins Ebola  
- dispositifs médicaux (n'incluant pas les équipements de protection individuelle)**

Version du 25 novembre 2014

Cette liste peut être utilisée pour les dons, achats et la préparation aux soins Ebola

**Références principales**

Prise en charge clinique des cas de fièvre hémorragique virale: Guide de poche pour l'agent de santé en première ligne, OMS, Avril 2014	<a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/fr/">http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/fr/</a>
L'équipement de protection individuelle dans le cadre de la riposte à la flambée d'infections à filovirus: Recommandations rapides, OMS, Octobre 2014	<a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-guideline/fr/">http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-guideline/fr/</a>
Prévention et contrôle de l'infection pour les soins aux cas suspects ou confirmés de fièvre hémorragique à filovirus dans les établissements de santé, avec un accent particulier sur le virus Ebola: Guide provisoire, OMS, Septembre 2014	<a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/">http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/</a>
Laboratory Guidance for the Diagnosis of Ebola Virus Disease Interim Recommendations, WHO, September 2014	<a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134009/1/WHO_EVD_GUIDANCE_LAB_14.1_eng.pdf">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134009/1/WHO_EVD_GUIDANCE_LAB_14.1_eng.pdf</a>
Feuille de route pour la riposte au virus Ebola, OMS, Août 2014	<a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/fr/">http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/fr/</a>

**Autres références**

Interagency Emergency Health Kit, WHO, 2011	<a href="http://www.who.int/medicines/publications/emergencyhealthkit2011/en/">http://www.who.int/medicines/publications/emergencyhealthkit2011/en/</a>
UNICEF supply catalogue (please enter item code for direct link to the specification)	<a href="https://supply.unicef.org">https://supply.unicef.org</a>
WHO Core medical equipment, WHO, 2014	<a href="http://www.who.int/medical_devices/innovation/core_equipment/en/">http://www.who.int/medical_devices/innovation/core_equipment/en/</a>
WHO Compendium of innovative health technologies for low-resource settings, WHO, 2013	<a href="http://www.who.int/medical_devices/innovation/compendium/en/index3.html">http://www.who.int/medical_devices/innovation/compendium/en/index3.html</a>

**Note**

USE- ECU (Unité de soins Ebola - Ebola Care Unit) ou CCC (Community Care Centre) sera créée au niveau de la communauté comme approche complémentaire pour prévenir sa transmission dans les zones touchées. Les services offerts seront le suivi des patients suspects et le seul traitement par voie orale et d'autres soins palliatifs / de soutien, simples sans injections ou d'autres procédures similaires.

Une CTE (Centre de traitement de la maladie à virus Ebola - Ebola Treatment Center) est le lieu où le tri initial est effectué et où les patients suspects d'Ebola sont rigoureusement séparés de ceux chez qui la maladie a été confirmée, puis traités. Il peut administrer des fluides et faire des injections intraveineuses.

Catégorie	Nom du dispositif	*** Recommandé ** Alternative * Optionnel	USE ECU	CTE	Description détaillée OMS	Tailles	Certification ou tests minimaux	Autres informations ou exemples
Équipement médical	<b>Thermomètre, infrarouge</b>	***	x	x	Instrument électronique alimenté par batterie, conçu pour estimer la température du corps sur un site sur la peau (par exemple le front) de manière non-invasive, rapidement, sans le toucher. Le capteur peut être facilement nettoyé après chaque utilisation par essuyage avec un désinfectant ou protégé par une protection stérilisable.	S/O	ISO 80601-2-56:2009 ISO 80601-2-59 Ed. 1.0:2008 ASTM E1104-98(2003) ASTM E1965-98(2009) ASTM E1112-00(2011)	<a href="#">WHO Core: Thermometers, electronic, infrared</a>  <a href="#">Example: Infrared ear thermometer</a>
	<b>Lampe, torche, portable</b>	***	x	x	Lampe torche portable à LED sur batterie, utilisée principalement là où l'électricité n'est pas disponible; batterie rechargeable par manivelle.	S/O		
	<b>Ciseaux</b>	***	x	x	Ciseaux avec une lame à extrémité pointue et une lame émoussée. Longueur: environ 14 cm. Matière: acier martensitique (trempé, acier magnétique). Composition de l'acier martensitique: 0,40% carbone; 14% de chrome.			<a href="#">UNICEF S0773500 Scissors, Deaver, 140mm, str</a>
	<b>Brassards de tension artérielle, automatique, portable, à batterie ou à l'énergie solaire</b>	**	x	x	Tensiomètre portable, automatisé, sur batterie rechargeable ou solaire. Moniteur de pression artérielle électrique, automatique sur batterie rechargeable ou à énergie solaire ou sur secteur. Boîtier en plastique résistant à l'ultraviolet et prévenant la poussière. Méthode de fixation du brassard sur le bras permettant une utilisation facile. Brassard facilement nettoyable ou jetable. Pression maximale: minimum de 300mmHg avec lecture progressive tous les 2mmHg; précision de 2mmHg. Conditions d'utilisation: température entre 5 à 45 degrés Celsius, humidité relative max. 90% sans condensation. Des batteries rechargeables sont fournies pour au moins un an.	Adultes : Taille des brassards environ 57 x 15 cm, taille de la poche gonflable environ 22 x 10 cm Enfants : Taille des brassards environ 53 x 10 cm, taille de la poche gonflable environ 22 x 8 cm	ISO 81060-2:2013 ISO/IEEE 11073-10407:2010 OIML R16-2:2002 ANSI/AAMI SP10:2002 JIS T 1115:2005 or equivalent	<a href="#">Example: Automated solar-powered blood pressure monitor</a>
	<b>Oxymètre de pouls, portable</b>	**	x	x	Appareil de mesure de la saturation en oxygène du sang artériel (SpO2), de la fréquence cardiaque et de la force du signal, portable, compact. Plage de mesure: SpO2 de 30 à 100% (par pas de 1%), fréquence cardiaque de 20 à 250 bpm (par pas de 1 battement par minute). Alimenté par le secteur, ou batteries rechargeables (fournies pour au moins un an).		ISO 80601-2-61:2011 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0002033 Pulse oximeter, portable, w/access</a> <a href="#">UNICEF S0002036 Pulse oximeter, spot-check, w/access</a>  <a href="#">Example: Self-powered pulse oximeter</a> <a href="#">WHO Core: Oximeter, pulse</a>
	<b>Sphygmomanomètre, anaéroïde</b>	**		x	Appareil utilisé pour mesurer la pression sanguine artérielle, composé d'un brassard en tissu contenant une poche gonflable reliée par un tube souple à une poire avec robinet et une jauge de manomètre à aiguille, intégrée. Brassard à double fixation velcro, lui permettant d'être ajusté pour enserrer le bras. Brassard lavable, très résistant et renforcé aux deux extrémités. La poche est gonflée au moyen de la poire souple reliée par un tube (longueur environ 60 cm, souple et avec un connecteur rapide fiable).	Adultes : Taille des brassards environ 57 x 15 cm, taille de la poche gonflable environ 22 x 10 cm Enfants : Taille des brassards environ 53 x 10 cm, taille de la poche gonflable environ 22 x 8 cm	ISO 81060-1:2007 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0683200 Sphygmomanometer, (adult), aneroid</a> <a href="#">UNICEF S0683300 Sphygmomanometer, (child), aneroid</a>
	<b>Extracteur d'oxygène</b>	*		x	Appareil qui concentre l'oxygène de l'air ambiant. Sur 4 roulettes pivotantes antistatiques, dont 2 avec freins. Une poignée intégrée permet de le déplacer et positionner facilement. Un dispositif de détection d'oxygène est intégré et mesure sa concentration à l'entrée du débitmètre. Filtrage en quatre niveaux sur la prise d'air, y compris un filtre bactérien. Tous les filtres sont remplaçables, et le filtre grossier est lavable / réutilisable. Surveillance continue, avec alertes visuelles et sonores, de la pression de sortie faible ou élevée de la concentration d'oxygène (faible), d'une panne de courant et test de la batterie.	S/O		<a href="#">WHO Core: Concentrator, Oxygen</a> <a href="#">UNICEF S0002047 Oxygen concentrator/SET</a>  <a href="#">Example: Oxygen concentrator-driven bubble CPAP</a> <a href="#">Example: 515KS Oxygen Concentrator, DeVibiss, CODE PIS A1/01</a>
	<b>Diviseur de flux (Concentrateur d'oxygène)</b>	*		x	Diviseur de flux de l'oxygène fourni par un concentrateur. Chaque flux peut être ajusté individuellement via son débitmètre, gamme: 0,125 à 2 LPM (litre par minute). La buse de sortie peut être soit reliée à un tube ou laissée inutilisée. Pression d'entrée: 50 à 350 kPa.			<a href="#">UNICEF S0002052 Flow splitter for oxygen concentrator</a>

Catégorie	Nom du dispositif	*** Recommandé ** Alternative * Optionnel	USE ECU	CTE	Description détaillée OMS	Tailles	Certification ou tests minimaux	Autres informations ou exemples
	<b>Système d'aspiration, polyvalent</b>	*		x	Dispositif utilisé principalement pour aspirer les fluides, les sécrétions ou d'autres corps étrangers des voies respiratoires d'un patient au moyen d'aspiration. Alimenté par le secteur ou par batterie ou à la main. Doit être capable de produire un vide d'au moins 0,75 bar (570mmHg). Débit minimum à tube ouvert d'au moins 1 litre de liquide par minute. Avec une ou deux bouteilles d'aspiration de 0,5 litres chacune minimum. Les bouteilles doivent disposer d'un système d'arrêt automatique lorsqu'elles sont pleines pour éviter l'inondation de la pompe. Filtre et soupape de décharge incorporés pour prévenir une contamination croisée. Le circuit de l'air vers la pompe doit comprendre un filtre bactérien.			<a href="#">UNICEF S0760640 Pump,suction,foot-operated</a> <a href="#">UNICEF S0002028 Pump,suction,surgical,1 bottle,w/access</a> <a href="#">UNICEF S0002029 Pump,suction,surgical,12bottle,w/access</a>
Equipement hospitalier	<b>Lit, cholera (ou similaire)</b>	***	x	x	Lits d'hôpitaux avec trou au centre du lit, faciles à nettoyer / laver sans matelas. Capable de supporter un poids d'environ 107 kg, Poids unitaire d'environ 7 kg, Plateau en tissu100% polyester avec dos en PVC. Trou d'environ 18 cm dans le plateau.			<a href="#">Example: DQE Cholera bed (MC4038, MC4038IV, MC4038R)</a>
	<b>Sceau, avec poignée, polypropylène</b>	***	x	x	Bassinoire avec poignée et dispositif d'élimination des selles; Matériau : polypropylène. Volume : +/- 2,5 l			<a href="#">UNICEF S0222020 Bedpan,polypropylene,adult</a>
	<b>Sceaux, Veronica</b>	***	x	x	Composé d'un seau et d'une réserve d'eau au-dessus d'un support en bois, ces mini-stations de lavage des mains sont placées à l'extérieur des centres de santé pour un nettoyage rapide et facile			<a href="#">Example: Veronica bucket</a>
	<b>Fauteuil, style Mackintosh avec plaque en plastique (ou similaire)</b>	***	x	x	Doit être facile à nettoyer ou lavable, pas de matelas. La feuille de plastique doit être jetable			
	<b>Autoclave</b>	**		x	Stérilisateur à vapeur de table stand-alone avec cycle de séchage. Chambre intérieure d'environ 30 cm de diamètre, de 24L de volume, en acier inoxydable, avec 3 étagères amovibles. Deux programmes automatiques à 134 C à environ 2,2 bar et à 121°C à 1,1 bar . Une seule porte, auto-étanche avec joint en silicone de haute qualité. Revêtement métallique revêtu à l'époxy, chambre intérieure en acier inoxydable. S'ajuste à un réservoir de 5L d'eau, auto-remplissable et autonomie d'environ 10 cycles. Circuit d'eau doté d'un filtre bactériologique à haute efficacité. Le panneau de commande lisse "soft-touch" permet un nettoyage facile. Il affiche la température de fonctionnement, la pression et le temps, le niveau de l'eau si faible, ainsi que les erreurs de système (par exemple, porte mal fermée). Un dispositif de sécurité protège contre la surpression et la surchauffe. Alarme audiovisuelle de fin de cycle et en cas de panne ou de danger potentiel. Doit être livré avec 2 jeux de filtres bactériologiques de l'air (de rechange) et 2 jeux de joints (de rechange).			<a href="#">UNICEF S0001338 Sterilizer steam autoclave, 24 L</a>
	<b>Bassine, avec poignée, polypropylène</b>	**	x	x	Bassine avec poignée et dispositif de vidage des selles, et sceaux Matériau : Polypropylene, autoclavable. Volume: +/- 2.5L			<a href="#">UNICEF S0222020 Bedpan,polypropylene,adult</a>
	<b>Chaise percée, avec sceaux</b>	**	x	x	Chaises percées avec des sceaux adaptés à la collecte et élimination des selles, pour les patients qui ne peuvent pas aller dans des latrines éloignées			
	<b>Protège-matelas, lavable</b>	**	x	x	Toile en plastique utilisée pour protéger les matelas, lavable, fermeture éclair, 220 cm. Fermeture éclair centrale sur toute la longueur. Couture imperméable, étanche, résistant à une solution de chlore à 0,5%, épaisseur minimale de 150 microns.			
	<b>Urinoir, avec couvercle, plastique</b>	**	x	x	Urinoir translucide en polycarbonate, autoclavable. Capacité environ 1L avec des graduations tous les 100 ml			
Consommables pour le soin des patients	<b>Contenant jetable pour déchets biologiques dangereux</b>	***	x	x	Contenant pour l'élimination des déchets biologiques dangereux avec le symbole "Bio Hazard" imprimé sur le contenant, autoclavable. Polypropylène. Utilisable pour les EPI et les déchets cliniques sans aiguilles.	30x50cm	ASTM D1709-09 ou équivalent	
	<b>Canule, injection intraveineuse périphérique, stérile, jetable, avec dispositif de prévention de piqure d'aiguille</b>	***		x	Aiguille pour injection intraveineuse. Diamètre précisé en gauge, code couleur sur le diamètre externe. Visible à la base de la canule. Composants: capot de protection, trocart, canule, arrêt,voiet d'injection. Luer-Lock (toutes les parties s'ajustent pour former un ensemble ). Avec ressort chargé ou sécurités intraveineuses pour éviter une piqûre d'aiguille. Matériaux: trocart en acier inoxydable, PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylène), FEP (éthylène propylène fluoré), canule en PUR (polyuréthane) . Méthode de stérilisation initiale: par oxyde d'éthylène.	16G (1.7 X 45mm), grey, gris 18G (1.3 x 45mm), green, vert 22G (0.9 x 25mm), blue, bleue 24G (0.7 x 19mm), yellow, jaune	EN 10555-1:2013 EN 10555-5:2013 EN ISO 20594-1 ISO 594-1:1986 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0709200 Cannula,IV short,16G,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0709210 Cannula,IV short,18G,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0709225 Cannula,IV short,22G,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0709230 Cannula,IV short,24G,ster,disp</a>
	<b>Cathéter, IV, extension</b>	***		x	Extension de tubulure de cathéter pour injection IV, stérile, à usage unique			
	<b>Feuille/film, pansement, transparent, stérile, adhésif</b>	***		x	Film / feuille adhésif, transparent utilisé comme pansement et après procédure pour éviter le contact direct de la zone -ou choses- infectieuse. Stérile, à usage unique.			<a href="#">Example: Tegaderm</a>
	<b>Ensemble à perfusion</b>	***		x	Ensemble à perfusion, stérile, à usage unique avec clamp à roulette/et autres accessoires			
	<b>Seringue, dispositif anti-réutilisation</b>	***		x	Seringue, avec dispositif de prévention contre la réutilisation de type 1B: fonctionne automatiquement pendant ou à la fin de l'utilisation unique prévue. Utilisation / application prévue: réutilisation impossible par rétraction de l'aiguille et désactivation de la poignée du piston à la fin de la dose prévue. Seringue avec aiguille fixe. Échelle graduée sur le tube, facile à lire, avec un incrément d'échelle de 0,1 ml et 1 ml minimum entre les lignes de graduation pour qu'elles soient numérotées. Tube suffisamment transparent pour permettre une mesure simple du volume contenu dans la seringue et la détection de bulles d'air. Matériau: Polypropylène (PP). Aiguille: acier inoxydable; avec capot de protection en plastique. Taille d'aiguille: 21G x 1,5 pouces (0,80 x 38 mm). Méthode de stérilisation: oxyde d'éthylène.	3 ml 5 ml 10 ml	ISO 7886-4: 2006 EN ISO 7886-3:2009 WHO/PQS/E08-E13 OSHA 1910.1030(c)(1)(iv)(A) ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0782304 Syringe,RUPw/SIP,3ml,w/fixe ndl/BOX-100</a> <a href="#">UNICEF S0782300 Syringe,RUP,5ml,w/fixe ndl/BOX-100</a> <a href="#">UNICEF S0782302 Syringe,RUPw/SIP,10ml,w/fixe nd/BOX-100</a>
	<b>Conteneur à aiguilles</b>	***		x	Contenant résistant au percement, pour la collecte et l'élimination des seringues, aiguilles utilisées, jetables et autobloquantes . Conteneur de 5 L de capacité pouvant accueillir environ 100 seringues. Les boîtes doivent porter une mention évidente	5 l	WHO performance specification E10/IC.1 WHO/UNICEF standard E10/IC2 or equivalent	<a href="#">UNICEF S0001362 Safety box,used syrgs/ndls, 5L, set/25</a>



Catégorie	Nom du dispositif	*** Recommandé ** Alternative * Optionnel	USE ECU	CTE	Description détaillée OMS	Tailles	Certification ou tests minimaux	Autres informations ou exemples
	<b>Aiguille, stérile</b>	***		x	Diamètre extérieur exprimé en Gauge et mm. Longueur exprimée de préférence en mm. Code couleur: visible à la base de l'aiguille. Aiguille avec base (raccord de type Luer) et capuchon de protection. Matériaux: Aiguille: acier inoxydable. Base et capuchon de protection: plastique. Jetable; Stérile (oxyde d'éthylène)	19G (1.1 x 38-40mm) 21G (0.8 x 38-40 mm) 23G (1.1 x 38-40mm) 25G (0.5 x 16 mm)	ISO 9626, EN-ISO 7864, EN-ISO 20594, EN-ISO 9626-1961, EN550 ISO 11135 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0747420 Needle,disp,19G,ster</a> <a href="#">UNICEF S0747432 Needle,disp,21G,ster</a> <a href="#">UNICEF S0747452 Needle,disp,23G,ster</a> <a href="#">UNICEF S0747445 Needle,disp,25G,ster</a>
	<b>Robinet d'arrêt 3-voies, avec extension de tubulure, stérile, à usage unique</b>	***		x	Robinet connecteur / valve à trois voies en forme de T rotatif. La poignée de la vanne tourne sur 360 degrés, reliant 2 des 3 sorties. Ensemble pour pression de perfusion inférieure à 4 bar . Une sortie avec le type de vis Luer-lock avec collier tournant. Deux sorties avec embout Luer-tip. Sorties recouvertes avec un bouchon Luer-closing. Diamètre de la voie de passage du fluide: environ 25 mm. Matériau du corps: transparent en poly-carbonate. Matériau de la poignée: polyéthylène haute densité (PEHD). ensemble stérile emballé individuellement (peel-pack) .		EN ISO 20594-1 ISO 594-1:1986 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0001508 Three-way valve, Luer, w/caps, box/50</a>
	<b>Tourniquets pour prises de sang, latex</b>	***		x	Bande élastique, peut être solide ou tubulaire. Matériel: caoutchouc de latex. Bande élastique solide, largeur: +/- 2 cm longueur: 50-75cm ou bande élastique tubulaire, diamètre interne/externe: 7/10 mm, Longueur: 50-75cm. Réutilisable et non stérile.	50 - 75 cm		<a href="#">UNICEF S0385000 Tourniquet,latex rubber,50cm</a>
	<b>Bande, auto-adhésive élastique, jetable</b>	***		x	Bande pour fixer une extension sur le poignet ou la main, reste en place sans avoir besoin de réajustement fréquent, léger, poreux et confortable pour le patient, tient elle-même sans avoir besoin d'adhésif, d'épingle ou de clip.	75mm x 4 to 5 m		Example: <i>Coban</i>
	<b>Tasse, plastique, jetable</b>	**	x	x				
	<b>Aiguille à ailette, stérile</b>	**		x	Diamètre extérieur exprimé en Gauge et mm. Longueur exprimée en mm. Code couleur/diamètre externe: Visible sur les ailettes. Composants: Aiguille avec capot de protection, ailettes, tube avec connecteur Luer avec capuchon (toutes les pièces sont ajustées pour former une unité). Matériau: aiguille pointue, en acier inoxydable, siliciné, pour insertion traumatique. Ailettes de papillon, en PVC, pour une meilleure manipulation et fixation. Tuyau flexible souple: PUR (polyuréthane) ou PVC; longueur env. 150-300 mm, y compris le connecteur Luer avec capuchon. Stérilisé par oxyde d'éthylène.	21G (0.8 x 20 mm) vert 25G (0.5 x 20 mm) orange	ISO 594-1:1986 EN ISO 10555-1 EN ISO 6009 (colour std) EN ISO 20594-1 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0744400 Needle,scalp vein,21G,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0744300 Needle,scalp vein,25G,ster,disp</a>
	<b>Capuchon/embout fermé pour ligne intraveineuse.</b>	**		x	Capuchon pour ligne de perfusion non utilisée. Matériau : polymère thermoplastique. Stérile, usage unique			
	<b>Gaze, pansement, rouleau, non stérile</b>	**		x	Bande de gaze avec lisière. Non élastique, non adhésif, non détectable aux rayons X. Données sur le fil: Chaîne 12 fils / cm, Trame 8 fils / cm. Poids: Environ 27,5 g / m2. Composants: toile textile blanchie, purifiée. Matériau: gaze hydrophile 100% coton. Jetable.	Largeur x Longueur: 5 cm x 5 m, rouleau 8 cm x 4 m, rouleau		<a href="#">UNICEF S0512110 Bandage,gauze,5cmx5m,roll</a> <a href="#">UNICEF S0512111 Bandage,gauze,8cmx4m,roll</a>
	<b>Gaze, compresse, non-stérile</b>	**	x	x	Gaze pour compresse, pliage chirurgical, tel qu'il n'y ait pas de fils libres apparents après pliage ou lorsque le premier pli extérieur est ouvert. Non détectable aux rayons X. Données sur le fil: Chaîne 95 à 105 fils /dm. Trame 66 à 74 fils /dm. Poids: Environ 23g / m2. Type de gaze: 17 fils / cm2 (grammage: 23g / m2). Nombre de plis (épaisseur): 12. Composants: toile textile blanchie, purifiée. Matériel: Gaze hydrophile, 100% coton. Jetable.	Largeur et longueur: 10 cm x 10 cm		<a href="#">UNICEF S0523005 and S0001408 Compress, gauze,10x10cm,n/ster/PAC100</a>
	<b>Cathéter; Foley, stérile, jetable</b>	*		x	Sonde stérile urétrale à usage unique. Cathéter droit de type Foley (= avec ballon). Canal central destiné au drainage urinaire, se terminant par un connecteur en coupelle permettant au cathéter d'être relié à la poche à urine. Canal latéral destiné à gonfler ballon, se terminant par un clapet anti-retour avec un embout Luer. Extrémité distale arrondie avec 2 fenêtres latérales se faisant face. Diamètre exprimé en French Gaug . Code couleur / diamètre externe visible sur la coupelle du connecteur. Matériau: latex naturel, enduit de silicone. Capacité du ballon d'environ 3 - 10 ml. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.	CH 10 CH 12 CH 14 CH 18 Longueur 30 - 40 cm Capacité du ballon 5 - 15 ml	EN 1616 or equivalent	<a href="#">UNICEF S0323300 Catheter, Foley, CH10, ster, disp</a> <a href="#">UNICEF S0323301 Catheter, Foley, CH12, ster, disp</a> <a href="#">UNICEF S0323302 Catheter, Foley, CH14, ster, disp</a> <a href="#">UNICEF S0323303 Catheter, Foley, CH18, ster, disp</a>
	<b>Système de perfusion intraosseuse</b>	*		x	Aiguille et cathéter utilisés pour la perfusion intra-osseuse, si une méthode alternative n'est pas possible. Comportant un dispositif pour atteindre la zone intra-osseuse.	pédiatrique		
	<b>Aiguille et catheter, intra-osseux</b>	*		x	Aiguille: acier inoxydable, extrémité à triple biseau à 45 degrés, longueur: 3 cm, ouvertures latérales situées près de l'extrémité distale de la canule; repère de positionnement permettant de connaître la profondeur d'insertion, moyeu circulaire avec des ailes en plastique et connecteur luer lock. Trocart: acier inoxydable, équipé d'une poignée de préhension en plastique (pompeau). Stérile, à usage unique.	16G 18G		
	<b>Lunettes à oxygène, nasales, à usage unique, non stériles</b>	*		x	Les lunettes nasales (canules nasales ) sont un dispositif conçu pour faciliter l'administration d'oxygène et le confort des patients. Le dispositif est constitué d'un tube en matière plastique qui s'ajuste à l'arrière des oreilles, et un ensemble de deux embouts qui sont placés dans les narines. Ces deux embouts assurent un débit d'oxygène égal dans les deux narines. Lumière du tube principal en étoile pour éviter un bouchage accidentel. Embouts nasals réglables, non traumatiques pour un confort maximum du patient. Connecteur souple en forme d'entonnoir pour faciliter la connexion facile à une source d'oxygène. Longueur du tube: environ 2m.	adulte enfant nouveau-né		<a href="#">UNICEF S0370100 Prongs, nasal, Oxygen, adult, s.u.</a> <a href="#">UNICEF S0370110 Prongs, nasal, Oxygen, child, s.u.</a> <a href="#">UNICEF S0370120 Prongs, nasal, Oxygen, neonate, s.u.</a>
	<b>Extension, tube à oxygène</b>	*		x	Tube pour lunettes nasales à oxygène. Matériau: PVC. Extrémité distale patient ouverte, automatique, avec 6 à 12 trous latéraux. L'extrémité proximale du connecteur permet au tube d'être connecté à un tube d'alimentation en oxygène de tout diamètre (par exemple à un embout conique mâle dentelé). Stérile, à usage unique	Diametre: CH 10 Longueur: ± 40 cm		
	<b>Seringue et aiguille, type à insuline, stérile</b>	*		x	Corps: polypropylène transparent, capacité de 1 ml, graduations faciles: toutes les 1 à 2 unités, concentration d'insuline indiquée (100 UI/ml). Plongeur: polypropylène, polyéthylène, parfaitement ajusté pour coulisser facilement, sans à-coup à l'intérieur du corps. Joint: élastomère synthétique (sans latex), assure une étanchéité efficace. Aiguille: acier inoxydable, montée sur la seringue, avec gaine de protection.	1 ml	EN ISO 8537:2008 ou équivalent	
	<b>Tubulure, aspiration/nutrition,stérile, jetable</b>	*		x	Cathéter pour alimentation entérale / aspiration. Tube à canal unique. Extrémité proximale avec connecteur en coupelle, embout conique pour permettre au tube d'être connecté à des dispositifs tels que des seringues de nutrition (embout du cathéter) ou un système de pompe d'aspiration. L'extrémité distale est ouverte avec des fenêtres quatre côtés. Tube avec des marques à 40, 50, 60 et 70 cm de l'extrémité distale. Diamètre exprimé en Charrière, French Gauge. Longueur en cm. Code couleur /diamètre externe: Visible sur la coupelle du connecteur. Matériau: chlorure de polyvinyle (PVC). Longueur environ 125cm. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.	CH06 CH08 CH12 CH16 Longueur 125 cm	MDD 93/42/EEC EN 1615 EN 550 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0372000 Tube,asp/feed,CH06,L125cm,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0372010 Tube,asp/feed,CH08,L125cm,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0372020 Tube,asp/feed,CH12,L125cm,ster,disp</a> <a href="#">UNICEF S0370500 Tube,asp/feed,CH16,L125cm,ster,disp</a>

Catégorie	Nom du dispositif	*** Recommandé ** Alternative * Optionnel	USE ECU	CTE	Description détaillée OMS	Tailles	Certification ou tests minimaux	Autres informations ou exemples
	<b>Tubulure, nutrition, stérile, jetable</b>	*		x	Cathéter d'alimentation entérale stérile à usage unique. Tube à canal unique. Extrémité proximale avec connecteur Luer-tip + bouchon, permettant au tube d'être connecté à des périphériques tels que des seringues d'alimentation (embout Luer). Extrémité distale arrondie, lisse avec deux fenêtres latérales. Tube avec marquage à 20 cm de l'extrémité distale. Diamètre exprimé en Charrière, French Gauge. Longueur en cm. Code couleur / diamètre externe: Visible sur le connecteur. Matériau: chlorure de polyvinyle (PVC). Stérilisé par oxyde d'éthylène	CH08 CH12 CH16 Longueur 40 - 50 cm	MDD 93/42/EEC EN 1615 EN 550 ou équivalent	<a href="#">UNICEF S0373000 Tube,feeding,CH08,L40cm,ster,disp</a>
Laboratoire	<b>Tampon, coton-tige, tube, stérile</b>	***	x*1	x				
	<b>Boîtes d'emballage triples pour le transport d'échantillons</b>	***	x*1	x	Boîtes d'emballage triples pour le transport d'échantillons			<a href="#">WHO guidance for transport of infectious substances</a>
	<b>Tube, prise de sang, EDTA, stérile</b>	***		x	Tube à vide utilisé pour la prise de sang, stérile, bouché avec joint hermétique, à l'EDTA. Matériel: plastique	4ml 6ml		<a href="#">UNICEF S0001393 Tube, vacuum, EDTA, 4 ml</a> <a href="#">UNICEF S0001394 Tube, vacuum, EDTA, 6 ml</a>
	<b>Tube, prise de sang, serum</b>	***		x	Tube à vide utilisé pour la collecte de sérum, stérile. Bouché avec un joint hermétique. Matériel: plastique	4ml 6ml		<a href="#">UNICEF S0001395 Tube, vacuum, serum gel, 4 ml</a> <a href="#">UNICEF S0001396 Tube, vacuum, serum gel, 6 ml</a>
	<b>Tube, prise de sang, ordinaire, sec</b>	***		x	Tube à vide, ordinaire, sec, utilisé pour la prise de sang sans anticoagulant. Stérile. Bouché avec un joint étanche Matériau: Plastique	4ml 6ml		<a href="#">UNICEF S0001397 Tube, vacuum, plain/dry, 4 ml</a> <a href="#">UNICEF S0001398 Tube, vacuum, plain/dry, 6 ml</a>
	<b>Milieu pour transport, viral</b>	***	x*1	x	Milieu pour le transport d'échantillon vers le laboratoire.			<a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/laboratory-guidance/en/">http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/laboratory-guidance/en/</a>
	<b>Kits de diagnostic rapide du paludisme, près du patient</b>	***		x	Test rapide d'immunochromatographie pour la détection qualitative de Plasmodium falciparum spécifique "riche en histidine protéine-II". Emballé avec applicateur jetable de spécimen, lancettes, tampons d'alcool.			<a href="#">WHO key documents on Malaria Rapid Diagnostic Test</a>  <i>Example: SD BIOLINE Malaria Aq P.f/Pan</i>
	<b>Chimie du sang et compteur sanguin, près du patient</b>	**		x	Appareil portatif ou appareil compact de paillasse pour la détermination quantitative de paramètres de chimie clinique, et pour compter les globules rouges, globules blancs et plaquettes avec l'aide de bandelettes de test, tube de prélèvement ou de cartouches à usage unique. Conditions d'utilisation: Température entre 5 à 45 degrés Celsius; humidité relative max. 90% sans condensation.			<a href="#">WHO Core: Haematology Point of Care Analyser</a>
<b>Glucomètre, près du patient</b>	*		x	Appareil compact de poche pour la mesure automatique du glucose près du patient avec du sang total capillaire. Plage de mesure: environ 0 à 500 mg/dL. Temps de lecture: environ 10 secondes, Précision : environ CV <2% (coefficient de validation). Affichage de la lecture du glucose. Conditions d'utilisation: Température entre 5 à 45 degrés Celsius, humidité relative max. 90% sans condensation.			<a href="#">UNICEF S0001557 PoC meter Glucose, electro-chemical</a>  <i>Example: HemoCue</i>	

\*1 Si un laboratoire de diagnostic est disponible